

# Formularz asortymentowo-cenowy

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena netto	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Probówko-strzykawka do hematologii z EDTA K2 lub K3, poj. 1-2 ml	szt.	30 000				
2	Probówko-strzykawka do hematologii z EDTA K2 lub K3, poj. 4-5 ml	szt.	200				
3	Probówko – strzykawka na surowicę z aktywatorem krzepnięcia, czas wykrzepiania max 30 min, poj. 2-3ml	szt.	50 000				
4	Probówko – strzykawka na serologię/ do grup krwi z aktywatorem krzepnięcia, czas wykrzepiania max 30 min, poj. 7-8ml	szt.	200				
5	Probówko- strzykawka z 3,2% cytrynianem Na na układ krzepnięcia, poj. 1-2 ml	szt.	10 000				
6	Probówko-strzykawka z heparyną litową, poj. 2-3ml	szt.	3 500				
7	Strzykawka z heparyną litową do badań gazometrii krwi, sterylna , pakowana pojedynczo, poj. 1-2,3ml	szt.	800				
8	Strzykawka z heparyną litową do badań gazometrii krwi, sterylna , pakowana pojedynczo, poj 2-3ml z filtrem odpowietrzającym	szt.	1 000				
9	Probówko- strzykawka z 3,2% cytrynianem Na, poj. 8-10 ml	szt.	15 000				
10	Probówko-strzykawka do oznaczania trombocytopenii rzekomej z jonami magnezu, poj. 2-3ml	szt.	100				
11	Probówko-strzykawka do OB poj 1-2 ml	szt.	15 000				
12	Rurki skalowane, kompatybilne z oferowanymi probówkami do OB	szt.	15 000				
13	Statyw do OB, kompatybilny z oferowanymi probówkami	szt.	2				
14	Igły systemowe nr 7	szt.	3 000				
15	Igły systemowe nr 8	szt.	30 000				
16	Igły systemowe nr 9	szt.	4 000				
17	Łącznik do wenflonów	szt.	6 000				
18	Łącznik do podawania leków	szt.	100				
19	Probówka do hematologii, do pobierania krwi u noworodków, poj 500-600ul	szt.	300				

20	Probówka na surowicę, do pobierania krwi u noworodków poj.1-1,3ml z zakręcanym korkiem na gwint, z podziałką co 0,5ml, etykietą do opisu	szt.	100				
21	Probówki do retikulocytów poj. 100-120 ul	szt.	200				
22	Bezpieczny nakłuwacz do pobierania krwi do badań serologicznych z drenów oraz nakrapiania krwi na płytę serologiczną	szt.	500				
<b>RAZEM</b>							

**WYMAGANIA dla zaoferowanego zamkniętego systemu pobierania krwi:**

1. System pozwalający na wybór techniki pobrania krwi: aspiracyjna (strzykawkowa) i próżniowa (podciśnieniowa)
2. System zabezpieczający personel przed kontaktem z materiałem zakaźnym
3. Materiał z którego wykonane są probówki powinien być odporny na uszkodzenia w transporcie jak i podczas wirowania krwi.
4. Probówka przezroczysta, czytelna etykieta na dane pacjenta, naklejona na każdej probówce, możliwość optycznej kontroli pobierania krwi.
5. Kod barwny probówek zgodny z międzynarodowymi standardami, inny dla poszczególnych grup badań.
6. Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu według harmonogramu zamawiającego.
7. Wszystkie elementy oferowanego systemu zamkniętego powinny pochodzić od jednego producenta. W przypadku zaoferowania elementów od różnych producentów należy przedłożyć oświadczenia tych producentów że oferowane elementy są ze sobą kompatybilne

**OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ..... dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.**

**Zamówienia należy kierować do:.....**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .....**

**Adres poczty elektronicznej e-mail: .....Tel. .... Tel./fax..... .**

*(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*