

Formularz asortymentowo-cenowy nr 6

Odczynniki do aparatu Coag Chom 3003 (będącego własnością Zamawiającego) wraz z serwisem przez okres obowiązywania umowy

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena netto	Wartość Netto (4x5)	Wartość VAT	Wartość Brutto (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Control Abnormal H, 1ml	szt	50				
2	Control Abnormal L, 1ml	szt	10				
3	Control Normal N, 1ml	szt	50				
4	Odczynnik APTTs (odczynnik 9ml + chlorek wapnia 9ml)	Op	24				
5	Kalibrator, op = 1 szt	Op	5				
6	Tromboplastyna z chlorkiem wapnia, 5 x 8ml	Op	80				
RAZEM							

Wymagania dla oferowanych odczynników do aparatu Coag Chrom 3003

Zamawiający wymaga zapewnienia autoryzowanego, bezpłatnego serwisu w okresie obowiązywania Umowy, potwierdzonego certyfikatem wydanym nie wcześniej niż w 2016 r.

Przeglądy techniczne muszą być wykonywane z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i zużywalnych.

Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru-optycznie czyste (niemętne).

Wysokoczuła tromboplastyna oparta na rekombinowanym ludzkim czynnikiem tkankowym trwałość odczynnika po rekonstytucji min. 30 dni.

Współczynnik czułości tromboplastyny - ISI nie większe niż 1,1.

Odczynniki do APTT z chlorkiem wapnia w zestawie trwałość po rekonstytucji 30 dni

Materiały kontrolne na 3 poziomach od jednego producenta (poziom: normalny, patologiczny niski i patologiczny wysoki) z możliwością mrożenia.

Ulotki odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zawierają metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskanych dla danego typu aparatu, udokumentowanych wynikami badań.

Karty charakterystyki do odczynników.

Ulotki w języku polskim.

Kompatybilność odczynników z posiadaniem analizatorem Coag Chrom 3003, będącym własnością Zamawiającego.

W przypadku zastosowania nieoryginalnych odczynników i części zamiennych wymagany jest dokument potwierdzający, że odczynniki i części zamienne mogą być stosowane w wyżej wymienionych koagulometrach.

Dokument winien być wystawiony przez producenta analizatorów lub autoryzowany serwis.

Zamawiający wymaga międzynarodowej kontroli jakości minimum 1 raz na 3 miesiące.

OFERUJĘ: Termin sukcesywnej dostawy wynosić będzie do (3 / 5) dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Zamówienia należy kierować do:.....

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

Adres poczty elektronicznej e-mail: Tel. Fax.....

(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

