

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn; „sukcesywne dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim” znak sprawy 15/2020/PN.

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, udziela poniższych wyjaśnień, które nie modyfikują treści ogłoszenia o zamówieniu.

1. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 8, poz. 1, 2, 4, 5, 6 i 7.
Czy Zamawiający w Formularz nr 8 poz. 1, 2, 4, 5, 6 i 7 dopuści zszywki z drutu o przekroju okrągłym, co nie ma wpływu na jakość zespolenia. Pozostałe parametry wg SIWZ?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
2. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 8, poz.3.
Czy Zamawiający w Formularz nr 8 poz.3 stapler okrężny zagięty jednorazowego użytku, średnicy 29 mm lub 32 mm z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, dwa rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym dających po zamknięciu idealny kształt litery B, zszywka o wysokości: 4,8 mm dla rozmiaru 29 mm; 5,0 mm dla rozmiaru 32 mm, z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej, z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylne?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
3. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 5, pozycja 18.
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 107 mm x 23 m.
Odp. Tak, Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 107 mm x 23 m.
4. Dotyczy SIWZ – pkt. 6.2 – grupa kapitałowa
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
5. Dotyczy wzoru umowy – par. 1 ust. 3
Wnosimy o wprowadzenie do par. 1 ust. 3 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.
Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.
Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu

zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający z należytą starannością określił przedmiot zamówienia.

6. Dotyczy wzoru umowy – par. 5 ust. 4

Prosimy o zmianę terminu na dni robocze.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

7. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 13, pozycja 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładów chłonnych o gramaturze min. 1600 g (wg ISO 11948-1), czyli takich jakie są obecnie dostarczane do Szpitala?

Odp. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładów chłonnych o gr. min. 1600 g.

8. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 13,

Czy Zamawiający oczekuje, aby na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych w SIWZ, Wykonawca przedłożył do oferty lub na wezwanie po jednym opakowaniu handlowym próbki z każdej pozycji?

Odp. Zamawiający oczekuje, aby na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym nr 13 SIWZ, Wykonawca przedłożył na wezwanie Zamawiającego po jednym opakowaniu handlowym próbki z każdej pozycji.

9. Dotyczy wzoru umowy – par. 4 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w § 4 ust 1 pkt 2 do wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego terminu dostawy?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Dotyczy w/w postępowania przetargowego:

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wnosimy o umożliwienie złożenia ofert oraz prowadzenia całości korespondencji również w formie elektronicznej.

Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1843) w związku z art. 78 § 1 oraz art. 781§ 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 r. Poz. 1145) oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nasza prośba znajduje również odzwierciedlenie w najnowszych wytycznych wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych, w których stosowanie komunikacji elektronicznej zostało zarekomendowane wszystkim Zamawiającym.

<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>

W przypadku braku wyrażenia zgody wnosimy, aby wraz z odpowiedziami Zamawiający tak przesunął termin składania ofert, aby Wykonawcy mieli co najmniej 3 dni robocze na złożenie ofert w postaci papierowej.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

11. Dotyczy SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

12. Dotyczy SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje

pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

13. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 15, pozycja 3.

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na pakiety Bowie & Dick pakowane po 20 lub 100 sztuk z dostosowaniem się ilościowym do zapotrzebowania Zamawiającego?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział 3 pkt 3.9.

14. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 2, pozycja 24.

„Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

15. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 2, pozycja 24.

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 2 poz. 24 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

16. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 1, pozycja 5-7,28,30-31,36,38-39

Czy zamawiający wydzieli poz. 5-7,28,30-31,36,38-39 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

17. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 1, pozycja 5-7

Czy zamawiający dopuści jednostronną skalę?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

18. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 1, pozycja 28

Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualnie w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

19. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 1, pozycja 28.

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

20. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 1, pozycja 28,30-31

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział 3 pkt 3.9.

21. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 1, pozycja 30.
Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
22. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 1, pozycja 31.
Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm ,rozmiar kartonika 13 mm x 104 mm (z perforacją do oderwania części kartonika po wpisaniu danych), pole opisu 13 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
23. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 1, pozycja 36.
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi wykonanych z medycznego PVC.
Proszę o dopuszczenie oświadczenia producenta o braku zawartości ftalanów.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
24. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 1, pozycja 38-39.
Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
25. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 1, pozycja 38-39.
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
26. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 1, pozycja 38-39.
Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
27. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 1, pozycja 39.
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

28. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 2, pozycja 21-24.
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
29. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 2, pozycja 21-24.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział 3 pkt 3.9.
30. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 2, pozycja 23.
Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
31. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 4, pozycja 5.
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m², długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
32. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 4, pozycja 5.
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział 3 pkt 3.9.
33. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 4, pozycja 6-9.
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział 3 pkt 3.9.
34. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 4, pozycja 10-11.
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
35. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 4, pozycja 11.
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
36. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 4, pozycja 23.
Czy zamawiający dopuści jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek, bez gąbki, pojemność woreczka: 100 ml, pakowany indywidualnie w blister papier- folia, sterylny, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
37. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 4, pozycja 25.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział 3 pkt 3.9.
38. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 4, pozycja 8.
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział 3 pkt 3.9.

39. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 4, pozycja 5-6,8,10-13,17-18,22-26,31,
Czy zamawiający wydzieli poz. 5-6,8,10-13,17-18,22-26,31 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
40. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 7, pozycja 1.
Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji, pleciona z drutu o średnicy 0,47 ze skalowaną rękojeścią średnica pętli 10mm, 15mm, 20mm, 24mm lub 36mm o wyborze przez Zamawiającego z możliwością cięcia na zimno pleciona z drutu o średnicy 0,36mm ze skalowaną rękojeścią. Średnica pętli 10mm, 15mm, do wyboru przez Zamawiającego. Długość narzędzia 2300mm. Pakowane po 10 sztuk
Odp. Zamawiający dopuszcza.
41. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 7, pozycja 2.
Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm, ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm zakończonych kulką do wyboru przez Zamawiającego. pakowane po 50 sztuk?
Odp. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem zapisów SIWZ, rozdział 3 pkt 3.9.
42. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 7, pozycja 3.
Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, sterylna, w osłonce o grubości igły 0,7mm lub 0,9mm i głębokości nakłucia 5mm do wyboru przez Zamawiającego. Kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm i długości narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. pakowane po 10 sztuk.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
43. Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający zastrzega, iż ilości asortymentu przewidzianego niniejszą umową mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć ceny umowy określonej w § 2 ust. 2. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu, niż określona niniejszą umową, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
44. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i uzupełnienie go w umowie:
„Ewentualna czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z niniejszej umowy może odbyć się wyłącznie za zgodą podmiotu, który utworzył Zamawiającego, wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
45. Dotyczy warunków umowy § 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
46. Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych odpowiednio z 5% na 3%?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

47. Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych odpowiednio z 5% na 3%?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
48. Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych odpowiednio z 5% na 3%?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
49. Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„..., w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania wiadomości Zamawiającego”?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
50. Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„..., W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi bezzwłocznie (do 5 dni roboczych) wymiana przedmiotu na wolny od wad”?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
51. Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez Zamawiającego reklamacji w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania – dopuszcza się przekazanie odpowiedzi na reklamację faksem. Brak odpowiedzi w wyżej określonym terminie uważany jest za uznanie przez Wykonawcę reklamacji”?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
52. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Gdy Wykonawca nie będzie dostarczał wyrobów będących przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania wyrobu zamiennego w sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4, Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu/zamiennika u innego podmiotu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca”?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
53. Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Poza przypadkami określonymi wprost w przepisach Kodeksu cywilnego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia:
a) gdy trzykrotnie przedmiot umowy nie będzie realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi niniejszą umową i jej integralnymi załącznikami,
b) trzykrotnego nienależytego wykonania całości lub części przedmiotu niniejszej umowy,
c) opóźnienia w realizacji któregośkolwiek z postanowień umowy przekraczającego 6 dni roboczych”?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
54. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 7, pozycja 1.
Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie pętli w rozmiarach 10, 15, 25 i 35 mm?
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Odp. Tak, Zamawiający dopuści.
55. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 7, pozycja 2.
Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie dwustronnej szczotki o średnicy 1.8 mm przy długości 230 cm (Pozostałe parametry zgodne z SIWZ) lub 6 mm i 11 mm przy długości 230 cm ?
Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

56. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 7, pozycja 3.
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły do ostrzykiwania o średnicy 0,7 mm, długości 5 mm i długości roboczej 230 cm ?
Odp. Tak, Zamawiający dopuści.
57. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 7, pozycja 1,2,3:
Zamawiający w kolumnie „ilość” wskazał ilość opakowań jednak nie wskazał ile sztuk ma być w opakowaniu – proszę o dookreślenie tego parametru.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pozycja 1 - pakowane po 10 sztuk
Pozycja 2 - pakowane po 100 sztuk
Pozycja 3 - pakowane po 10 sztuk.
58. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 3, pozycja 1, 2, 3, 6, 8.
Pozycje 1, 2, 3, 6, 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów wykonanych z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 55g/m², bez wzmocnień w serwetach zabiegowych?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
59. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 3, pozycja 3.
Pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu bez serwety samoprzylepnej 75x90cm – pozostałe parametry zgodne z opisem?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
60. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 3, pozycja 5.
Pozycja 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, gdzie oprócz wymaganych komponentów znajduje się również 1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50cmx50cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
61. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 3, pozycja 7.
Pozycja 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu charakteryzującego się chłonnością warstwy zewnętrznej 285%?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
62. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 10, pozycja 7.
Pozycja 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem Zamawiającego, ale posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik narzędziowy w rozmiarze 100cm x 150cm (zamiast 150cmx190cm) i osłonę na kończynę 35cm x 55cm (zamiast 35cm x 80cm) oraz nie posiadającego ręczników celulozowych?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
63. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 3, pozycja 8.
Pozycja 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu bez podkładu chłonnego – pozostałe parametry zgodne z opisem?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
64. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 3, pozycja 9.
Pozycja 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem Zamawiającego, ale posiadającego w swoim składzie igłę 0,7x30mm, 22G x 1 1/4 (czarną, zapakowaną) – zamiast igły 21G x 1 1/2?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

65. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 3, pozycja 1, 3, 5, 7, 10.
Pozycje nr 1, 3, 5, 7, 10 – czy Zamawiający wymaga aby stolik Mayo wchodzący w skład zestawów oraz stanowiący odrębną pozycję nr 10 składany był teleskopowo, wykonany był z folii piaskowanej oraz posiadał pad chłonny, który jest klejony na całej powierzchni?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
66. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 3, pozycja 15.
Pozycja 15 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski czterowarstwowej?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
67. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 3, pozycja 19.
Pozycja 19 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania setonu sterylizowanego również bezpieczną metodą – tlenkiem etylenu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
68. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 3, pozycja 20.
Pozycja 20 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czyścika do koagulacji w opakowaniu razem z dwoma uchwytami velcro?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
69. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 3, pozycja 22.
Pozycja 22 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony zgodnej z opisem, ale bez taśmy samoprzylepnej?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
70. Dotyczy PROJEKT UMOWY:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w § 4 ust 1 pkt 2 i 3 do maksymalnie 1%.
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
71. Dotyczy zapisów SIWZ.
Ponadto wnosimy o wprowadzenie do umowy przetargowej nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:
Siła Wyższa
1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
 2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
 3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
 4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
 5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się

dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienia ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

72. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 9, pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralna jednorazowa, dwuczęściowa – symetrycznie dzieloną na dwie równe połówki, owalną, o pow. czynnej 103 cm², o powierzchni ogólnej 168 cm², uniwersalną dla dzieci i dorosłych, kompatybilna z systemem ochronnym diatermii typu ERBE VIO ?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

73. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 9, pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralna jednorazowa, dwuczęściowa – symetrycznie dzieloną na dwie równe połówki, o pow. czynnej 73 cm², o powierzchni ogólnej 145 cm², dla dzieci o wadze od 5kg do 15 kg, kompatybilna z systemem ochronnym diatermii typu ERBE VIO, pakowana pojedynczo?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

74. Dotyczy SIWZ.

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

75. Dotyczy SIWZ.

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

76. Dotyczy SIWZ.

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

77. Dotyczy SIWZ.

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

78. Dotyczy SIWZ.

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należyście wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

79. Dotyczy SIWZ.

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

80. Dotyczy SIWZ.

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

81. Dotyczy SIWZ.

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

82. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 13.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Formularz asortymentowo-cenowy nr 13, pozycje: 1, 2): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

83. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 13.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Formularz asortymentowo-cenowy nr 13, pozycja: 1a, 1b, 1c): pieluchomajtki dla osób z wysoką inkontynencją:

- z czterema elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami lecz pozbawionymi elementu elastycznego o długości ok.1cm z uwagi na wyposażenie produktu w elastyczne boki, co w połączeniu z elastycznymi przylepcorzepami gwarantuje idealne dopasowanie produktu szczególnie w przedniej części;
- z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;
- z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynną kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia skuteczną ochronę przed wyciekaniem);
- posiadające wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor i informuje o konieczności wymiany produktu tak samo dobrze jak wskaźnik podwójny; spełniające pozostałe wymagania wskazane w SIWZ?

Należy nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza produkty tylko jednego producenta na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z naszych obserwacji wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

84. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 13.

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Formularz asortymentowo-cenowy nr 13; pozycja: 2): podkład higieniczne 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

85. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 13.

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Formularz asortymentowo-cenowy nr 13; pozycja: 3): higieniczne jednorazowe myjki w kształcie rękawicy o wymiarach co najmniej 24 x 15 cm, podfoliowane od wewnątrz dla utrzymania wysokiego poziomu ochrony skóry pacjenta oraz personelu medycznego, pakowane a'175?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

86. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w formularzu asortymentowo-cenowym nr 1 poz. 7 strzykawkę 100ml trzyczęściową ze stożkiem do cewnika, usytuowanym centralnie, z dołączonym łącznikiem redukcyjnym Luer, dwustronna, czytelna i trwała skala pomiarowa?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

87. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w formularzu asortymentowo-cenowym nr 1 poz. 8 strzykawkę 1ml tuberkulinowa z igłą, trzyczęściowa ze stożkiem LUER, działka elementarna 0,01ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

88. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w formularzu asortymentowo-cenowym nr 1 poz. 8 strzykawkę 1ml tuberkulinowa z igłą o grubości 0,45x12mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

89. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w formularzu asortymentowo-cenowym nr 1 poz. 47 rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci pojedynczego pełnego pierścienia nad mankietem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

90. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 4, pozycja 6.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w formularzu asortymentowo-cenowym nr 4 poz. 6 podanie ceny za 1 op. a'100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości sztuk na ilość opakowań?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział 3 pkt 3.9.
91. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 4, pozycja 7.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w formularzu asortymentowo-cenowym nr 4 poz. 7 kieliszki do leków – plastikowe, jednorazowego użytku pakowane w opakowania a'80szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział 3 pkt 3.9.
92. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 4, pozycja 19.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w formularzu asortymentowo-cenowym nr 4 poz. 19 sterylną folię operacyjną w rozmiarze 38x41cm?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.
93. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 4, pozycja 20.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w formularzu asortymentowo-cenowym nr 4 poz. 20 sterylną folię operacyjną w rozmiarze 35x44cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
94. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 3, pozycja 9.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w formularzu asortymentowo-cenowym nr 4 poz. 21 sterylną folię operacyjną w rozmiarze 45x60cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
95. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 4, pozycja 1a.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w formularzu asortymentowo-cenowym nr 4 poz. 1a pieluchomajtki w rozmiarze M o minimalnym obwodzie rekomendowanym 73cm i maksymalnym obwodzie produktu (bez rozciągania) 130cm?
Odp. Brak danej pozycji w formularzu asortymentowo-cenowym nr 4 poz. 1a.
96. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 4, pozycja 1b.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w formularzu asortymentowo-cenowym nr 4 poz. 1b pieluchomajtki w rozmiarze L o minimalnym obwodzie rekomendowanym 92cm i maksymalnym obwodzie produktu (bez rozciągania) 160cm?
Odp. Brak danej pozycji w formularzu asortymentowo-cenowym nr 4 poz. 1b.
97. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego nr 4, pozycja 1c.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w formularzu asortymentowo-cenowym nr 4 poz. 1c pieluchomajtki w rozmiarze XL o minimalnym obwodzie rekomendowanym 110cm i maksymalnym obwodzie produktu (bez rozciągania) 170cm?
Odp. Brak danej pozycji w formularzu asortymentowo-cenowym nr 4 poz. 1c.

p. o. **DYREKTOR**
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Miedzyrzeczu Podlaskim
lek. med. Romuald Pietrosiuk