

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Warszawska 2-4
21-560 Międzyrzec Podlaski

Międzyrzec Podlaski, 17-09-2020 r.

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 pn. Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach”, znak sprawy 21/2020/PN

O D P O W I E D Z I **na zapytania do treści SIWZ**

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, udziela poniższych wyjaśnień:

1. Dotyczy pakietu/części 1.
Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwodleżynowy o długości 200cm, zbudowany z komór rurowych prostych wykonanych z poliuretanu wzmocnionego nylonem z możliwością wymiany każdej komory w przypadku uszkodzenia?
 Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
2. Dotyczy pakietu/części 1.
Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwodleżynowy przeznaczony dla pacjentów o wadze do 200kg z pompą pracującą w zakresie ciśnienia 25-60mmHg?
 Odp. Zamawiający dopuszcza
3. Dotyczy pakietu/części 1.
Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwodleżynowy z pompą sterowaną manualnie, bez wyświetlacza LCD, ale z piktogramami i diodami wskazującymi na wybrane ustawienia?
 Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
4. Dotyczy pakietu/części 1.
Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwodleżynowy z trybem pielęgnacyjnym i siedzeniowym regulowanymi manualnie?
 Odp. Zamawiający dopuszcza
5. Dotyczy pakietu/części 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 40 dni?
 Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
6. Dotyczy: Część 1, poz. 3 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy (sztuk 7)
Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w pompę o wymiarach 28x13x10cm?
 Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
7. Dotyczy Zapisy SIWZ
Prosimy o umożliwienie złożenia, podpisanej podpisem elektronicznym oferty, za pomocą nośników elektronicznych (mailem lub na platformie)?
 Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
8. Dotyczy: Część 1
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z podstawą rozsuwaną mechanicznie.
 Odp. Zamawiający dopuszcza

9. Dotyczy: Część 1, Pkt. 6,8
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z wysokością płóz 11 cm?
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
10. Dotyczy: Część 1, Pkt. 7
Prosimy o dopuszczenie podnośnika o następujących parametrach:
Wysokość 134 cm
Długość: 119 cm
Szerokość: 65-98 cm
Zakres podnoszenia: 60-181 cm
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
11. Dotyczy: Część 1, Pkt. 9
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia od 60 do 181 cm oraz uchwytem do prowadzenia podnośnika umieszczonym na stałej wysokości
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
12. Dotyczy: Część 1, Pkt. 10
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia: 60-181 cm
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
13. Dotyczy: Część 1, Pkt. 11
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z maksymalnym rozstawem podstawy 98 cm
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
14. Dotyczy: Część 1, Pkt. 12
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z prędkością podnoszenia/ opuszczania 11mm/s
Odp. Zamawiający dopuszcza
15. Dotyczy: Część 1, Pkt. 13
Prosimy o dopuszczenie podnośnika o dopuszczalnym udźwigu do 180 kg
Odp. Zamawiający dopuszcza
16. Dotyczy: Część 1, Pkt. 15
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z możliwością użytkowania z nosidełkami transportowymi lub kąpielowymi
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
17. Dotyczy: Część 1, Pkt. 16
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z 4 punktowym wieszakiem do każdego z podnośników oraz nosidełkiem, jak na rysunku poniżej:



Prosimy o określenie ile sztuk nosidełek oczekuje Zamawiający do jednego podnośnika?

Prosimy o podanie czy nosidełko ma być transportowe czy kąpielowe?

Odp. Zamawiający oczekuje siedziska transportowego w pozycji siedzącej lub półleżącej do obu wózków oraz siedziska, umożliwiającego przewożenie pacjenta w pozycji leżącej do 1 wózka.

18. Dotyczy: Część 1,

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z podstawą otwieraną elektrycznie

Odp. Zamawiający dopuszcza

19. Dotyczy: Część 1, Pkt. 6, 8

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z wysokością płóz 11,5 cm

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

20. Dotyczy: Część 1, Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o następujących parametrach:

Wysokość 134 cm

Długość: 119 cm

Szerokość: 66-95 cm

Zakres podnoszenia: 60-181 cm

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

21. Dotyczy: Część 1, Pkt. 11

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z maksymalnym rozstawem podstawy 95 cm

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

22. Dotyczy: Część 1, Pkt. 14

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o wadze 40 kg

Odp. Zamawiający dopuszcza

23. Dotyczy: Część 1,

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z podstawą rozsuwaną elektrycznie

Odp. Zamawiający dopuszcza

24. Dotyczy: Część 1, Pkt. 6, 8

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z wysokością płóz 11 cm

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

25. Dotyczy: Część 1, Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o następujących parametrach:

Wysokość 125 cm
Długość: 125 cm
Szerokość: 73-108 cm
Zakres podnoszenia: 95-172 cm
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

26. Dotyczy: Część 1, Pkt. 9
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia od 95 do 172 cm oraz uchwytem do prowadzenia podnośnika umieszczonym na stałej wysokości
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
27. Dotyczy: Część 1, Pkt. 10
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia: 90-172 cm
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
28. Dotyczy: Część 1, Pkt. 11
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z maksymalnym rozstawem podstawy 108 cm
Odp. Zamawiający dopuszcza
29. Dotyczy: Część 1, Pkt. 12
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z prędkością podnoszenia/ opuszczania 11mm/s
Odp. Zamawiający dopuszcza
30. Dotyczy: Część 1, Pkt. 13
Prosimy o dopuszczenie podnośnika o dopuszczalnym udźwigu do 300 kg
Odp. Zamawiający dopuszcza
31. Dotyczy: Część 1, Pkt. 14
Prosimy o dopuszczenie podnośnika o wadze 55 kg
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
32. Dotyczy: Część 1, pozycja 1
Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnej części, co umożliwi złożenie ofert większej ilości Wykonawców, co wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
33. Dotyczy: (pakiet/część nr 2) Przedmiot: Koncentrator tlenu (sztuk 5)
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia o parametrach innych niż wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia, ale wyższej wydajności o parametrach podanych poniżej:
Możliwość ustawienia przepływu tlenu w zakresie od 1 do 8 l/min
Urządzenie najwyższej klasy medycznej - IIB.
Wysokie stężenie tlenu do 96%
Praca 24 godziny/dobę
Cztery systemy alarmowe:
alarm wyłączenia zasilania,
alarm spadku stężenia tlenu,
alarm awarii ciśnienia w obiegu
alarm awarii sprężarki
Niski poziom hałasu: mniej niż 50 dB (A)
Pobór mocy maksymalnie pod największym obciążeniem 530 W
Rozmiar 43 cm * 32 cm * 62 cm (l * w * h)
waga netto 19,2 kg

Mocna obudowa z ABS,

Opcjonalna funkcja nebulizatora

Możliwość użycia rozgałęziacza tlenu lub rozdzielacza tlenu. Dzięki czemu można podawać tlen równocześnie kilku osobom. Na przykład w sytuacji gdy w pokoju/sali znajdują się dwie lub trzy osoby wybór koncentratora o wydajności 8 litrów staje się bardzo uzasadniony ekonomicznie. Wówczas nie ma potrzeby zakupu dwóch/trzech oddzielnych koncentratorów 5-cio litrowych.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

34. Dotyczy: (pakiet/część nr 1) Przedmiot: Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy (sztuk 7)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji "Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy (sztuk 7)" na rzecz oddzielnego Pakietu w celu otrzymania alternatywnej, bardzo korzystnej cenowo, przewyższającą technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego ?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

35. Dotyczy: (pakiet/część nr 1) Przedmiot: Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy (sztuk 7)
W celu otrzymania alternatywnej, korzystnej cenowo, równoważnej technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzeń charakteryzujących się parametrami określonymi poniżej:

- Materac powietrzny przeciwodleżynowy. Zestaw pompa i materac pochodzący od tego samego wytwórcy.
- Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomaganie leczenia odleżyn wszystkich stopni.
- System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny.
- Komory rurowe proste umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie. 3 Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem.
- Waga materaca 9 kg
- Czujnik napełnienia materaca – gdy ciśnienie osiągnie max, sprężarka przestanie pracować, a gdy ciśnienie jest niższe od min, sprężarka zacznie działać
- Dostępne czasy regulacji cyklu pracy zmiennociśnieniowej materaca co min. 10, 15, 20, 25 minut
- Materac zbudowany z 17 poprzecznych komór zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne.
- Materac o wymiarach 198 x 86 x 20.3 cm
- Materac wyposażony w funkcję siedzenia.
- Możliwość ustawienia funkcji siedzenia wraz z funkcją statyczną lub zmiennociśnieniową oraz możliwość ustawienia funkcji statycznej lub zmiennociśnieniowej bez funkcji siedzenia.
- Materac wyposażony w funkcję rozpoznającą obciążenie wywierane na materac przez pacjenta. Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu.
- Funkcja automatycznego dopasowania ciśnienia do pozycji pacjenta np. pacjent w pozycji siedzącej ma usztywnione komory pod sobą w miejscu ucisku na materac.
- Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu.
- Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym cieczę. Możliwość mycia i dezynfekcji.
- Jednokierunkowy suwak do szybkiego zdejmowania pokrowca z materaca
- Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi:
 - - pracę materaca - tryb pracy materaca
 - - brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją - przerwy w zasilaniu prądem z sygnalizacją
- Możliwość zablokowania panelu sterowania w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym użyciem

- Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka. Komory zbudowane z dwóch sekcji, dolna na stałe napompowana powietrzem podtrzymująca
- Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR.
- Zakres manualnej regulacji ciśnienia wewnątrz materaca: od 30 do 60 mmHg
- Limit wagi pacjenta nie mniej niż 250kg
- Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 12 godz.
- Możliwość transportu pacjenta na materacu napompowanym pozbawionym zasilania
- Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po max. 20 minutach
- Zasilanie 230V 50Hz
- Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym oraz z możliwością zablokowania przed rozłączeniem
- Wyposażenie dodatkowe: 1 pompa służąca do napełniania materaca
- Waga pompy 3,4 kg
- Wymiary pompy: 29 x 31 x 15 cm
- Pobór mocy: max 13 W
- Głośność pracy pompy – max. 30 dB

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ

ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert do dnia 23 września 2020 r. do godz. 10:00.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ.

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Rozdział 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, Sekretariat, w terminie do dnia: **23.09.2020 r. do godz. 10:00.**
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Oferty zostaną otwarte w dniu: **23.09.2020 r. o godz. 11:00**, w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4, sekretariat.

Z-ca Dyrektora
ds. organizacji i rozwoju
dr hab. Małgorzata Płaszewski