

SP ZOZ  
w Międzyrzecu Podlaskim  
ul. Warszawska 2-4  
21-560 Międzyrzec Podlaski

znak sprawy: **7/2022/TP**

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn; „Sukcesywna dostawa materiałów szewnych i siatek przepuklinowych dla SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim”

### ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim w związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), doprecyzowuje zapisy SWZ i udziela poniższych wyjaśnień.

**1. Pakiet nr 2, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści nitkę 3-0? Reszta parametrów bez zmian.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza nitkę 3-0 w pozycji 10 pakietu nr 2.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Międzyrzecu Podlaskim  
*mgr inż. Marek Zawada*