

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Międzyrzecu Podlaskim  
ul. Warszawska 2-4  
21-560 Międzyrzec Podlaski

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn; „Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim” znak sprawy: **13/2023/TP**

## ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim w związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), doprecyzowuje zapisy SWZ i udziela poniższych wyjaśnień.

1. Pakiet 13 Lp. 5 Czy Zamawiający dopuści pieluchy anatomiczne o innych symbolach poziomu chłonności/rozmiaru niż Regular, Maxi i Plus i o długości 70 cm oraz szerokości w najszerszym miejscu 35 cm przy zachowaniu pozostałych wymogów?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet 13 Lp. 5 Czy mając na uwadze znikomą liczbę zamawianych pieluch anatomicznych w stosunku do pieluchomajtek i podkładów, Zamawiający zaakceptuje ofertę bez rozmiaru Plus Extra 75x39 cm, który jest produkowany wyłącznie przez jednego producenta w Polsce? Wymaganie tego rozmiaru może stanowić znaczące utrudnienie w złożeniu ofert dla innych wykonawców będących konkurentami tego producenta, gdyż producent ten nie udostępnia materiałów technicznych firmom konkurencyjnym.

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.

3. Projekt umowy – par. 8 ust. 3

Prosimy o wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji i wymianę towaru po uznaniu reklamacji w przypadku reklamacji jakościowych z 3 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment w przypadku reklamacji jakościowej musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

**Odp.** Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

4. Projekt umowy – par. 9 ust. 1 lit. b)

Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wynagrodzenia liczonego od wartości brutto niezrealizowanej umowy.

**Odp.** Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

5. Projekt umowy – par. 9 ust. 1 lit. c)

Prosimy o zmianę kary umownej z 200 zł na 0,5% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki w jego wymianie. Kara nominalna 200,00 zł w żaden sposób nie odnosi się do wartości reklamowanego towaru i może być znacząco wyższa niż wartość reklamowanego towaru. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z

Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

**Odp.** Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**6.** Projekt umowy – par. 9 ust. 3

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par 9 ust. 3. Po pierwsze Zamawiający za zwłokę w wykonaniu dostawy ponad termin określony w par. 3 ust. 5 nałożył już karę w par. 9 ust. 1 lit. a). Po drugie nałożenie na wykonawców kary w wysokości nominalnej 100 zł za każde 24 godz. opóźnienia, bez odniesienia jej do wartości zamówienia, którego to opóźnienie dotyczy, stanowi karę rażąco wygórowaną. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

**Odp.** Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Jednym z kryterium oceny ofert jest jednostkowy termin dostawy, kara z par. 9 ust. 3 ma dyscyplinować Wykonawcę w przestrzeganiu warunków, przestrzegać przed pochopnym oferowaniem terminu krótszego w celu osiągnięcia wyższej punktacji w procesie oceny ofert, skłaniać do zaferowania realnego do zrealizowania terminu dostawy jednostkowej.

Pakiet nr 7

**7.** Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści zaferowanie pętli plecionej z drutu o średnicy 0,33 mm.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**8.** Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści zaferowanie pętli plecionej z drutu o średnicy 0,3 mm, średnica pętli 10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm i 35 mm.

**Odp.** Zamawiający wymaga według zapisów SWZ z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.

Pakiet nr 8

**9.** Czy Zamawiający w pozycji nr 1 i 2 dopuści zaferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami o wysokość przed zamknięciem 4,5 mm.

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**10.** Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści zaferowanie staplerów ze zszywkami okrągłymi, średnica 29 mm, 32 mm i 34 mm, wysokość zszywek w zakresie 4,8 mm - 5,0 mm.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza w zakresie średnicy, natomiast inne parametry w tym wysokość zszywek wymagana według SWZ.

**11.** Czy Zamawiający w pozycji nr 4, 5, 6 i 7 dopuści zaferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami o wysokość przed zamknięciem 4,5 mm.

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**12.** Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odp.** Zamawiający nie stawia takich wymagań.

**13.** Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odp.** Zamawiający nie stawia takich wymagań.

Dotyczy Umowy:

**14.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar na:

-§ 9 pkt. 1 b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia liczonego od wartości brutto niezrealizowanej umowy?

-§ 9 pkt. 1 c) w razie zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w terminach określonych w § 9 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 50,00 zł. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego do skorzystania z uprawnień określonych w § 8 ust. 5. Wskazana kwota jest rażąco wysoka i może być niewspółmierna do wartości reklamowanego zamówienia.

-§ 9 pkt. 3 W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę, terminu o którym mowa w § 3 ust. 5) umowy zapłaci on karę umowną w wysokości 100,00 złotych brutto za każde 24 godziny opóźnienia – Prosimy o wykreślenie wskazanego punktu.

Zamawiający w § 9 pkt. 1 a) przewidział i dokładnie opisał karę dla Wykonawcy, za zwłokę w wykonaniu dostawy.

**Odp.** Zamawiający pozostawia zapisy § 9 wzoru umowy, w zakresie pytania, bez zmian.

**15.** Waloryzacja

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę projektu umowy poprzez uwzględnienie w wynagrodzeniu obowiązkowej klauzuli waloryzacyjnej o treści następującej lub możliwie do niej zbliżonej.

Z uwagi na znaczny okres obowiązywania umowy Wykonawca musi przewidzieć konsekwencję obecnej i zakładanej inflacji na koszty realizacji zamówienia, a w rezultacie będzie zmuszony uwzględnić to ryzyko w cenie oferty, co spowoduje uzyskanie przez Zamawiającego zawyżonych cen. Sytuacji tej można jednak uniknąć poprzez zapewnienie odpowiednich mechanizmów waloryzacyjnych. Dlatego proponujemy odwołanie się do możliwie obiektywnego czynnika, tj. wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS. Pierwsza waloryzacja została by dokonana po 6 miesiącach od zawarcia umowy (w oparciu o comiesięcznie publikowany wskaźnik inflacji za dany miesiąc w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku), a następnie wynagrodzenie ulegałoby odpowiednim zmianom po każdym kolejnym miesiącu obowiązywania umowy.

Propozycja wnioskowanej zmiany:

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać miesięcznej waloryzacji w oparciu o publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik ceny towarów i usług konsumpcyjnych w danym miesiącu w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (dalej jako „Wskaźnik”)

w następujący sposób:

a) pierwsza waloryzacja zostanie dokonana po 6 miesiącach obowiązywania Umowy w oparciu o wysokość Wskaźnika opublikowanego dla miesiąca odpowiadającego miesiącowi roku poprzedniego;

b) kolejne waloryzacje będą następować jeden raz w miesiącu w sposób opisany w pkt 1;

c) w przypadku opóźnienia w opublikowaniu Wskaźnika przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Wykonawca wystawi faktury korygujące za okres, w którym wynagrodzenie powinno ulec waloryzacji lub dokona odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia kwoty wskazanej na fakturze wystawionej już po publikacji wskaźnika;

d) waloryzacja nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej zmiany (aneksowania), przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać w treści faktury lub innego dokumentu podstawy obliczenia wysokości zmiany wysokości wynagrodzenia.

**Odp.** Zamawiający wprowadza nowy zapis w § 9 umowy w brzmieniu następującym:

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji w oparciu o publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego miesięczny wskaźnik ceny towarów i usług konsumpcyjnych w danym miesiącu w porównaniu z miesiącem poprzedzającym (dalej jako „Wskaźnik”)

w następujący sposób:

- a) pierwsza waloryzacja zostanie dokonana nie wcześniej niż po 6 miesiącach obowiązywania umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, obejmujący wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia oraz dowody na to że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia, w oparciu o wysokość Wskaźnika (różnica: wzrost/ spadek cen między miesiącem zawieranej umowy a miesiącem dokonywanej zmiany, np. wskaźnik – różnica cen między wrześniem 2023 r. a marcem 2024 r.);
- b) kolejne waloryzacje będą następować po 8 i po 10 miesiącu obowiązywania umowy, o ile zmiana cen przekroczy 5% w okresie od ostatniej zmiany cen, w sposób opisany w lit. a.);
- c) waloryzacja każdorazowo wymaga zmiany Umowy (aneksowania), przy czym Wykonawca wnioskując o aneks jest zobowiązany wskazać podstawy obliczenia wysokości zmiany wysokości wynagrodzenia;
- d) łączna zmiana wartości umowy w oparciu o przyjęty Wskaźnik nie może przekroczyć 10% wartości pierwotnej umowy.

Dotyczy Parametry Techniczne:

**16.** Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1 i 2

- a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie papieru krepowanego w ilości 126 szt. arkuszy w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
  - b) Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta papieru, a nie dystrybutora? Barrierowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.
  - c) Czy Zamawiający wymaga, aby papier krepowy posiadał gramaturę wynoszącą min. 60g/m<sup>2</sup> ?
- Odp.** a) Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie papieru krepowanego w ilości 126 szt. arkuszy w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę.
- b) Zamawiający nie stawia takiego wymogu
- c) Zamawiający wymaga w poz. 1 i 2 pakietu 6 papieru krepowego o gramaturze min. 60g/m<sup>2</sup>.

**17.** Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3 a-e

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm<sup>2</sup> zgodnie z normą PN 868 ?

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

**Odp.** Zamawiający nie stawia takiego wymogu (dotyczy wszystkich trzech punktów), wymaga zgodnie z SWZ.

**18.** Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie włókniny w ilości 126 szt. arkuszy w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie włókniny w ilości 126 szt. arkuszy w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę.

**19.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 7. dopuści dołączony łącznik luer nie luer lock?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, łącznik typu luer lock.

**20.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 8. dopuści skalę 0,01 ml?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**21.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 20. dopuści przyrząd bez logo na przyrządzie?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym zachowaniem pozostałych wymogów.

**22. Pakiet nr 8, poz. 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące staplera okrężnego. Czy Zamawiający oczekuje zaferowania staplera okrężnego 2-rzędowego czy 3-rzędowego?

**Odp.** Zamawiający oczekuje jak w opisie SWZ, dwurzędowego.

**23. Pakiet nr 8, poz. 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie staplera okrężnego o średnicy od 25 mm do 32 mm.

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3**

**24.** Pozycje 1, 2, 5, 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawów wykonanych z włókniyny dwuwarstwowej o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>, bez wzmocnień w serwetach zabiegowych?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**25.** Pozycje 1, 2, 3, 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawów zgodnych z opisem, ale posiadających w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150cm x 190cm (zamiast 140cm x 190cm)?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**26.** Pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu posiadającego dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 130 g/m<sup>2</sup>?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**27.** Pozycja 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu, gdzie oprócz wymaganych komponentów znajduje się również 1 samoprzylepna serweta 50cmx50cm, a serweta główna ma rozmiar 280cm x 250/280cm (zamiast 290 x 250cm)?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**28.** Pozycja 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu, gdzie oprócz wymaganych komponentów znajduje się również 1 serweta na stolik narzędziowy 150cm x 190cm, a serweta główna ma rozmiar 230cm x 160/280cm (zamiast 240 x 255cm)?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zestaw z serwetą główną o wym. 230 x 280.

**29.** Pozycja 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu zgodnego z opisem, ale charakteryzującego się chłonnością warstwy zewnętrznej 285% oraz nie posiadającego w swoim składzie ręczników celulozowych, a osłona na kończynę ma rozmiar 35cm x 55cm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**30.** Pozycja 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu zgodnego z opisem Zamawiającego, ale posiadającego w swoim składzie igłę 22G x 1 1/4 (zamiast igły 21G x 1 1/2)?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**31.** Pozycja 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania obłożenia stolika Mayo zgodnego z opisem, ale absorbcyjność warstwy włókninowej wynosi 285%?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**32.** Pozycja 16 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania setonu sterylizowanego również bezpieczną metodą – tlenkiem etylenu oraz pakowanego a' 2 sztuki – z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**33.** Pozycja 17 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania czyścika do koagulacji w opakowaniu razem z dwoma uchwytami velcro?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**34.** Pozycja 19 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony zgodnej z opisem, ale bez taśmy samoprzylepnej?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**WZÓR UMOWY:**

**35.** Prosimy o zmianę zapisów § 9 ust. 1 c) na następujące: w razie zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w terminach określonych w umowie, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto towaru, co do którego nie została rozpatrzona reklamacja, za każdy dzień zwłoki.

**Odp.** Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**36.** Prosimy również o wykreślenie § 9 ust. 3 umowy – wysokość kary umownej za zwłokę w dostawie została już określona w ust. 1a paragrafu 9.

**Odp.** Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Jednym z kryterium oceny ofert jest jednostkowy termin dostawy, kara z par. 9 ust. 3 ma dyscyplinować Wykonawcę w przestrzeganiu warunków, przestrzegać przed pochopnym oferowaniem terminu krótszego w celu osiągnięcia wyższej punktacji w procesie oceny ofert, skłaniać do zaoferowania realnego do zrealizowania terminu dostawy jednostkowej.

**37.** Pakiet 12 Poz.1 Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż do strzygarki firmy 3M, pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia strzygarek, kompatybilnych z zaoferowanymi ostrzami, na czas realizacji umowy, o szerokości ostrza 36mm, spełniające pozostałe zapisy swz. W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek.

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**38.** Pakiet 12 Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż do strzygarki firmy 3M, pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia strzygarek, kompatybilnych z zaoferowanymi ostrzami, na czas realizacji umowy, o szerokości ostrza 36mm, spełniające pozostałe zapisy swz. W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek.

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**39.** Pakiet 8 Poz. 1-2 i 4-7 Czy Zamawiający w pak. 8 poz. 1-2 i 4-7 dopuści zszywki o przekroju okrągłym, pozostałe parametry wg SWZ?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**40.** Pakiet 8 Poz. 3 Czy Zamawiający w pak. 8 poz. 3 dopuści stapler okrężny zagięty jednorazowego użytku, o średnicy 26 mm, 29 mm i 32 mm ( do wyboru przez Zamawiającego) z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, dwa rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym dających po zamknięciu idealny kształt litery B, wysokość zszywek otwartych: 4,8 mm dla rozmiaru 26 i 29 mm; 5 mm dla rozmiaru 32 mm?

**Odp.** Zamawiający wymaga według zapisów SWZ.

**41. Pakiet nr 7 poz.1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz pętla elektrochirurgiczna 0,40mm dla średnicy otwarcia pętli 15mm, 25mm, 30mm lub 35mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta/dystrybutora. Opakowanie handlowe = 10 sztuk

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**42. Pakiet nr 7 poz.1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do polipektomii jednorazowego użytku, sterylne, owalne, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji, drut o średnicy 0,40 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm, 25mm, 30mm lub 35mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta/dystrybutora. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

**Odp.** Zamawiający wymaga według zapisów SWZ z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.

#### **43. Pakiet nr 7 poz.2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosa 6mm i 6mm, długość narzędzia minimum 2300mm lub 6mm i 10mm o średnicy drutu prowadzącego 1,8mm długość narzędzia minimum 2300mm Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100sztuk.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zaproponowane opakowanie, parametry wyrobu według SWZ z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.

#### **44. Pakiet nr 7 poz.3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,7 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Ostrze igły szlifowane dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

**Odp.** Zamawiający wymaga według zapisów SWZ z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.

#### **45. pytanie do SWZ**

Dotyczy zapisów SWZ W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww. postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem

**Odp.** Zamawiający potwierdza, pełnomocnictwo podpisane przez osobę upoważnioną zawierającą co najmniej stwierdzenie dotyczące umocowania do złożenia oferty (podpisania oferty).

#### **46. Pakiet 7 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, sterylne, owalne, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, plecione, drut o średnicy 0,3 mm dla średnic 6,10,15 mm oraz 0,47 mm dla średnic 20, 25, 30, 35, 40 mm. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. Dodatkowo wszystkie pętle w wersji OBROTOWEJ 360° - ułatwiony obrót pętli poprzez pokrętło na rękojeści ?

**Odp.** Zamawiający wymaga według zapisów SWZ z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.

#### **47. Pakiet 7 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o długości 230 cm zamiast 250 cm? Pozostałe parametry bez zmian

**Odp.** Zamawiający wymaga według zapisów SWZ z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.

#### **48. Pytania dot. SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert co najmniej na 18 sierpnia? Z uwagi na przypadające w dniu 15 sierpnia święto narodowe wiele firm oraz instytucji publicznych nie pracuje w dniu 14 sierpnia, co w połączeniu z weekendem 12 – 13 sierpnia daje 4 – dniową przerwę od pracy. Zgoda

na powyższe pozwoli oferentom na sporządzenie ofert i wysłanie ofert w terminie gwarantującym ich dostarczenie przed upływem terminu składania ofert.

**Odp.** Zamawiający dokonał przesunięcia terminu.

**49. Pytania dot. przedmiotu zamówienia:**

**Pakiet 13 poz. 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładów chłonnych o chłonności min. 1600 g (wg ISO 11948-1), czyli takich jakie są obecnie dostarczane do Szpitala?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**50. Pakiet 13 poz. 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchy anatomicznej maxi o chłonności 2200 g, czyli takiej jaka jest obecnie dostarczane do Szpitala?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza zaferowanie pieluchy anatomicznej maxi o chłonności 2200 g.

**51. Pakiet 13 poz. 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluch anatomicznych o wymiarach

Wymiary:

długość 69 cm, szerokość 37 cm dla pozycji Regular, Maxi, Plus.

długość 75 cm, szerokość 39 cm dla pozycji Plus Extra?

Jest to asortyment obecnie dostarczany do Szpitala.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza aktualnymi zapisami SWZ.

**52. Pakiet 15 poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów z włókniny SMS?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza fartuchy z włókniny SMS.

**53. Pytania dot. projektu umowy:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w § 9 ust 1 pkt b do wysokości 10% wynagrodzenia liczonego od wartości brutto niezrealizowanej umowy?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w § 9 ust. 3 do wysokości 20,00 złotych brutto za każde 24 godziny opóźnienia?

**Odp.** Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w zakresie pytania bez mian.

54. Pakiet 1, pozycja 1 – 3 Czy Zamawiający dopuście przedłużoną skalę o 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

55. Pakiet 1, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 22 ml?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

56. Pakiet 1, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie po a'60 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę.

57. Pakiet 1, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie po a'25 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę.

58. Pakiet 1, pozycja 20 – Czy Zamawiający dopuście czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej?

**Odp.** Zamawiający wymaga według zapisów SWZ z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.


59. Pakiet 1, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową wykonaną z elastycznego, wysokiej jakości medycznego PCV niezawierającego ftalanów?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**60.** Pakiet 1, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści wycenę worka osłonowego na butelkę w osobnej pozycji z uwagi na inną stawkę Vat, osłona posiada 23% Vat natomiast przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych BURSZTYNOWY jest na 8% VAT?

**Odp.** Zamawiający wymaga wyrobu zgodnego z wymogami SWZ, zastosowanie prawidłowych przepisów podatkowych, przyjęcie odpowiedniej stawki VAT należy do Wykonawcy.

**61.** Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści butelkę do długotrwałego odsysania ran typu Redon wykonaną z polietylenu, z możliwością połączenia z drenami o średnicy od CH 6 do CH 18, bez harmonijki o pojemności 200 ml, ze skalą co 10 ml



**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.

**62.** Pakiet 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści dren typu Redon w zakresie rozmiarów Ch-10 do Ch-18 o długości 70 cm bez rozszerzonej końcówki do połączenia butelki? Pragniemy zauważyć, iż sama butelka proponowana w pozycji nr 1 jest zwężana i przystosowana do drenów o różnych rozmiarach, same dreny nie posiadają rozszerzonej końcówki gdyż powinny ciasno pasować do butelki.

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**63.** Pakiet 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści dren typu Redon w zakresie rozmiarów Ch-10 do Ch-20 o długości 50 cm bez rozszerzonej końcówki do połączenia butelki? Pragniemy zauważyć, iż sama butelka proponowana w pozycji nr 1 jest zwężana i przystosowana do drenów o różnych rozmiarach, same dreny nie posiadają rozszerzonej końcówki gdyż powinny ciasno pasować do butelki.

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**64.** Pakiet 2, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton bez zmatowionej powierzchni?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**65.** Pakiet 2, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann bez zmatowionej powierzchni?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**66.** Pakiet 2, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya pakowane podwójnie wew. folia, zew. papier/folia?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**67.** Pakiet 2, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści dren Redona pakowany w sposób zwijany

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**68.** Pakiet 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści klipsy zawierające w magazynku 10szt. i 16 magazynków opakowaniu zbiorczym?

**Odp.** Klipsy mają być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą, zgodnie z SWZ.

**69.** Pakiet 2, pozycja 12 - Czy Zamawiający oczekuje zestawu wyłącznie z zastawką antyzwrotną?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**70.** Pakiet 2, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści wycenę zatyczek w opakowaniu zbiorczym a'200 sztuk?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**71.** Pakiet 2, pozycja 17 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez igłę 24G / 90 mm przewodnicy?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, z przewodnicą.

**72.** Pakiet 2, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści szkiełka cytologiczne ze szlifowanymi brzegami i matowym polem opisu?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**73.** Pakiet 2, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze z igłą o rozmiarze 21G i głębokości nakłucia 2,4 mm lub 23 G i głębokości nakłucia 1,8 mm?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**74.** Pakiet 3, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>. Skład:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

+ pojemnik na zużyte ostrza pakowany osobno?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**75.** Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150cm x 190cm o łącznej gramaturze 70g/m<sup>2</sup> ze wzmocnieniem o wymiarach 65cm x 190cm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**76.** Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo o gramaturze łącznej 80g/m<sup>2</sup>?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**77.** Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową w wymiarach 150cm x 240 cm z dodatkowym wzmocnieniem o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**78.** Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuszcza serwetę dwuwarstwową w wymiarach 180cm x 180 cm z dodatkowym wzmocnieniem o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**79.** Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuszcza serwetę samoprzylepną ze wzmocnieniem o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**80.** Pakiet 3, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m<sup>2</sup>. Skład:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm  
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm  
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm  
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm?  
**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**81.** Pakiet 3, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów  
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**82.** Pakiet 3, pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji ginekologicznych z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów, o składzie

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**83.** Pakiet 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

+ 4 ręczniki z włókniny spunlace 40x40cm pakowane osobno?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**84.** Pakiet 3, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**85.** Pakiet 3, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 15cm x 15cm

1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer Lock

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)  
1 x Igła iniekcyjna (0,7 x 30)  
1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm  
1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa  
1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym 6cm x 8cm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**86.** Pakiet 3, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, chłonność 350%?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**87.** Pakiet 3, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 30x40cm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**88.** Pakiet 3, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 14 x 250 cm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**89.** Pakiet 3, pozycja 11,12 -Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**90.** Pakiet 3, pozycja 13,14 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**91.** Pakiet 3, pozycja 15 -Czy Zamawiający dopuści serwetę 17 nitkową, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**92.** Pakiet 3, pozycja 16 -Czy Zamawiający dopuści seton 17-nitkowy?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**93.** Pakiet 3, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C z folii PE o rozmiarze 80 x 150 cm zakończona elastyczną gumką?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**94.** Pakiet 3, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm, wykonaną z 2 warstwowego laminatu (włóknina + folia)?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**95.** Pakiet 3, pozycja 21c - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**96.** Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści basen przeznaczony do dezynfekcji / sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 126°C lub sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130°C?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**97.** Pakiet 4, pozycja 5- W związku pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości

nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

**Odp.** Zamawiający wymaga według zapisów SWZ z uwzględnieniem udzielanych dopuszczeń / odpowiedzi.

**98.** Pakiet 4, pozycja 5,15,16,30 -Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**99.** Pakiet 4, pozycja 6,9 -Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**100.** Pakiet 4, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na moczu 100ml z nakrętką?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**101.** Pakiet 4, pozycja 14 -Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**102.** Pakiet 4, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści długie spodnie wykonane z włókniny typu SMS w kolorze niebieskim, pakowane a'1sztuka w opakowaniu zbiorczym 100sztuk?

**Odp.** Zamawiający wymaga parametrów zgodnie z SWZ, proponowane: kolor i opakowanie dopuszcza.

**103.** Pakiet 4, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**104.** Pakiet 4, pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu dla chłopców i dla dziewczynki o pojemności 100 ml, wykonane z folii PE, samoprzylepna część woreczka pokryta antyalergicznym, wysokiej jakości klejem?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**105.** Pakiet 4, pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z 100% silikon o długości 50 cm w rozmiarach Ch 24-33?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**106.** Pakiet 4, pozycja 28 - Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny Kehr 45 x 18cm?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**107.** Pakiet 4, pozycja 29 - Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z nebulizatorem o pojemności 8 ml?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**108.** Pakiet 4, pozycja 32 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a wykonany w 100% z silikonu, dł. 40 cm dla mężczyzn i dla kobiet do wyboru w trakcie trwania umowy, balon 10 ml, w komplecie strzykawka z roztworem 10% gliceryny do wypełnienia balonika, pakowany podwójnie Ch 16-18?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**109.** Pakiet 4, pozycja 32 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a wykonany w 100% z silikonu, bez dwóch etykiet samoprzylepnych do dokumentacji, pakowany podwójnie Ch 16-18?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, wymagane etykiety.

**110.** Pakiet 10, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu pakowane w papier folia?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

111. Pakiet 10, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści cewnik o dł. 500 mm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

112. Pakiet 10, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści cewnik o dł. 600 mm z otworami naprzemianległymi w kształcie: ?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

113. Pakiet 10, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści końcówki o średnicy 4,45/6,67 mm (średnica wewn/zewn.)?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

114. Pakiet 10, pozycja 10 – ile sztuk w opakowaniu oczekuje Zamawiający?

**Odp.** Zamawiający określa w poz. 10 pakietu nr 10 ilość korków do venflonu na 5000 szt. Wykonawca może zaferować w jednym opakowaniu (informacje zawrzeć w formularzu) od 100 do 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do wymaganej ilości.

115. Pakiet 10, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'250 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp.** Tak, dopuszcza.

116. Pakiet 10, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści przewód typu W8 o długości 2100 mm?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

117. Pakiet 10, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem powietrza 0,1 um, oraz filtrem płynu 5 um, z igłą o długości 20 mm i średnicą 4 mm?

**Odp.** Tak, dopuszcza.

118. Pakiet 10, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem powietrza 0,1 um z igłą o długości 20 mm i średnicą 4 mm?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

119. Pakiet 10, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z polietylenu?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

120. Pakiet 10, pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę z igłą wykonaną ze stali nierdzewnej z ostrzem typu black-cut, cewnik kaniuli wykonany z teflonu, z 4 paskami kontrastującymi w RTG, kaniula wyposażona w kolorystyczne barwione skrzydełka mocujące, bez portu górnego, uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką, z zastawką zabezpieczającą prze wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, występująca w rozmiarach:

rozmiar [G]	Rozmiar [mm]	kolor	przepływ [ml/min]
26 x 3/4"	0,6 x 19	fioletowy	17
24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

121. Pakiet 10, pozycja 24 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

**Odp.** Nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

122. Pakiet 10, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP, wyposażoną w 4 paski kontrastujące w RTF, z zastawką zabezpieczającą przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, z komorą wypływu zwrotnego zabezpieczoną koreczkiem luer lock:

Rozmiar [G]	Rozmiar [mm]	przepływ [ml/min]	kolor
-------------	--------------	-------------------	-------

26 x ¾"	0,6 x 19	17	fioletowy
24 x ¾"	0,7 x 19	23	żółty
22 x 1"	0,9 x 25	36	niebieski
20 x 1¼"	1,1 x 32	56	różowy
18 x 1¾"	1,3 x 45	90	zielony
17 x 1¾"	1,5 x 45	142	biały
16 x 1¾"	1,7 x 45	200	szary
14 x 1¾"	2,0 x 45	305	pomarańczowy

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, dopuszcza o cechach i parametrach minimalnych określonych w formularzu z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.

**123.** Pakiet 10, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę:

- cewnik jest wykonany z PTFE
- kompatybilna z MRI
- igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- port z bezpiecznie zamykającą się nakładką
- koreczek Luer-Lok
- elastyczne skrzydełka dla pewnego zamocowania
- sterylne opakowanie jednostkowe, produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV Mandryny
- zamknięcie zabezpieczające cewnik
- oznaczone kodem barwnym
- sterylne opakowanie jednostkowe, produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV

rozmiar Gauge	średnica zewnątrzna (mm)	długość (mm)	prędkość przepływu (ml/min)	kod barwny
22G	0,8	25	31	niebieski
20G	1,0	32	54	różowy
18G	1,2	32	80	zielony
18G	1,2	45	80	zielony
17G	1,4	45	125	biały
16G	1,7	45	180	szary
14G	2,0	45	270	pomarańczowy

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.

Dopuszcza z załączonego opisu: rozmiary: - 22G dla pozycji 24b pakietu, - 20G dla pozycji 24d pakietu, - 18G (1.2x45) dla poz. 24c pakietu, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów

**124.** Pakiet 10, pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści konektor kolorowy nieprzezroczysty ?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**125.** Pakiet 10, pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w kształcie dwóch półkierści w rozmiarze od 3,0 do 10,0?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**126.** Pakiet 10, pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści zgłębnik z niezamrożoną powierzchnią, w opakowaniu lekko zwiniętym?

**Odp.** Nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**127.** Pakiet 10, pozycja 28 - Czy Zamawiający dopuści kaniulę z pasywnym zabezpieczeniem przed zakłuciem - ostra część igły po wyciągnięciu zostaje samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem, z igłą wykonaną ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, wykonaną z poliuretanu, wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG, z samodomykającym się koreczkiem, uchwytem umożliwiającym wykonanie wkłucia jedną ręką.

Wyposażony w filtr hydrofobowy zabezpieczającym przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, pakowany w twardey blister - PVC + Tyvec, dostępne w rozmiarach:

Rozmiar [G]	Rozmiar [mm]	przepływ [ml/min]	kolor
24 x ¾"	0,7 x 19	23	żółty
22 x 1"	0,9 x 25	36	niebieski
20 x 1¼ "	1,1 x 32	61	różowy
18 x 1¾"	1,3 x 45	100	zielony
17 x 1¾"	1,5 x 45	142	biały
16 x 1¾"	1,7 x 45	200	szary
14 x 1¾"	2,0 x 45	305	pomarańczowy

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, dopuszcza o cechach i parametrach minimalnych określonych w formularzu z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.

**128.** Pakiet 15, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**129.** Pakiet 15, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści ręczniki sterylne wykonane z włókniny typu spunlace pakowane a'1sztuka?

**Odp.** Dotyczy pozycji nr 4 pakietu. Zamawiający dopuszcza.

**130.** Pakiet 16, pozycja 32 a-b – Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany metodą rozdmuchu z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)?

**Odp.** Pakiet 16 nie zawiera poz. 32. Zamawiający wymaga pojemników które przy spalaniu nie wydzielają szkodliwych i niebezpiecznych substancji, nadające się do spalania w spalarniach.

**131. Czy Zamawiający dopuści i/lub wydzieli z przetargu w pakiecie 11:**

**Poz. 4.** Worek do laparoskopii 200 ml, wymiary  $\varnothing$  65 x 185 mm, przechodzący przez trokar  $\varnothing$  10 mm. Materiał worka: poliuretan; materiał sznurka nylon; posiadający pamięć otworu i prosty system wprowadzania w pole operacyjne?

**Poz. 5** Worek do laparoskopii 400 ml, wymiary  $\varnothing$  87 x 200 mm, przechodzący przez trokar  $\varnothing$  10 mm. Materiał worka: poliuretan; materiał sznurka nylon; posiadający pamięć otworu i prosty system wprowadzania w pole operacyjne?

**Poz. 6** Worek do laparoskopii 800 ml, wymiary  $\varnothing$  97 x 210 mm, przechodzący przez trokar  $\varnothing$  10 mm. Materiał worka: poliuretan; materiał sznurka nylon; posiadający pamięć otworu i prosty system wprowadzania w pole operacyjne?

**Poz. 7** Worek do laparoskopii 1200 ml, wymiary  $\varnothing$  170 x 240 mm, przechodzący przez trokar  $\varnothing$  12 mm. Materiał worka: poliuretan; materiał sznurka nylon; posiadający pamięć otworu i prosty system wprowadzania w pole operacyjne?

**Odp.** Zamawiający pozostawia skład pakietu nr 11 bez zmian, dopuszcza produkty zgodne z zapisami SWZ, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia.

**132. Pakiet nr 1 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 – cz 20 ml w opakowaniu 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza w opakowaniu jak w pytaniu z odpowiednim przeliczeniem do ilości pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę.

**133. Pakiet nr 1 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 – cz 20 ml w opakowaniu 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza w opakowaniu jak w pytaniu z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań.

**134. Pakiet nr 1 poz. 1-4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 – cz w rozmiarze 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml.

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ z uwzględnieniem odpowiedzi.

**135. Pakiet nr 1 po. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igłą dołączoną w rozmiarze 0,45 x 13 mm z podziałką elementarną 0,01 ml

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**136. Pakiet nr 1 po. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igłą dołączoną w rozmiarze 0,45 x 13 mm z podziałką elementarną 0,025 ml

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**137. Pakiet nr 1 poz. 20**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikujące przyrząd z logo producenta na opakowaniu jednostkowym. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza logo identyfikujące producenta na opakowaniu jednostkowym.

**138. Pakiet nr 1 poz. 21**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikujące przyrząd. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza logo identyfikujące producenta na opakowaniu jednostkowym.

**139. Pakiet nr 1 poz. 20**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z igłą biorczą ściętą trójpłaszczyznowo. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

**140. Pakiet nr 1 poz. 21**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do leków światłoczułych (bursztynowy) z workiem pakowanym osobno oraz z możliwością wyceny worka w osobnej pozycji. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania.

**141. Pakiet nr 1 poz. 21**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do leków światłoczułych (bursztynowy) z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**142.** W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35 stopni Celsjusza, igieł, cewników, zgłębników 5-37 stopni Celsjusza, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40 stopni Celsjusza), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami

określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Obowiązek zapewnienia właściwych warunków magazynowania i transportu wyrobów medycznych ciąży na Wykonawcy. Dostarczone wyroby do siedziby Zamawiającego mają spełniać określone przepisami wymagania czyli m.in. wymagania przechowywania w odpowiedniej temperaturze.

Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 4 do SWZ, zmodyfikowany załącznik w załączeniu.

- 143.** Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta?
- Odp.** Zamawiający potwierdza, że dystrybutor musi zapewnić, że w czasie, gdy jest odpowiedzialny za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- 144.** Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?
- Odp.** Zamawiający wyjaśnia, wymogi odnośnie wymaganych dokumentów określone w SWZ. Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 4 do SWZ, zmodyfikowany załącznik w załączeniu.
- 145.** Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?
- Odp.** Zamawiający wymaga by transport dostarczanych wyrobów medycznych odbywał się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zapewnia to składając na te okoliczność oświadczenie (zawarte w załączniku nr 4 do SWZ) którego treść zostanie wprowadzona do zawieranej umowy.
- 146.** W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki i wynikającym z niego obowiązku kontroli przez Zamawiającego warunków w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający zamierza kontrolować warunki dostaw? Czy będzie to np. przez załączenie do oferty wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu przeznaczonych do realizacji umowy lub przedstawienia umowy ze specjalistyczną firmą kurierską realizującą dostawy pojazdami typu Izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury w przestrzeni ładunkowej?
- Odp.** Obowiązek zapewnienia właściwych warunków magazynowania i transportu wyrobów medycznych ciąży na Wykonawcy. Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 4 do SWZ, zmodyfikowany załącznik w załączeniu.
- 147.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 4 dopuści do zaoferowania strzykawki pakowane w opakowanie a'50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?
- Odp.** Zamawiający dopuszcza.
- 148.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 7 dopuści do zaoferowania strzykawki 100ml cewnikowe (typu Janeta) z dołączonym łącznikiem Luer, czytelna i trwała skala pomiarowa?
- Odp.** Zamawiający wymaga według zapisów SWZ.
- 149.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 8 dopuści do zaoferowania strzykawki 1 x uż. (tuberkulinowa) z igłą 0,45x12mm, dokładna działka elementarna co 0,01ml?
- Odp.** Zamawiający dopuszcza.
- 150.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 20 dopuści do zaoferowania przyrząd z logo producenta (nazwa) na opakowaniu pojedynczej sztuki zamiast bezpośrednio na przyrządzie?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**151.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 21 dopuści do zaferowania przyrząd z elastyczną komorą kroplowa z medycznego PCV, przyrząd pozbawiony ftalanów?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**152.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 21 dopuści do zaferowania przyrząd z logo producenta (nazwa) na opakowaniu pojedynczej sztuki zamiast bezpośrednio na przyrządzie?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**153.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści do zaferowania butelki do długotrwałego odsysania ran typu Redon kompatybilne z drenami Redon od min. nr 10 do nr 18, skalowane, bez harmonijki, sterylne, opakowanie folia-papier?

**Odp.** Zamawiający wymaga według zapisów SWZ z uwzględnieniem odpowiedzi.

**154.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 3 dopuści do zaferowania cewniki nelaton, sterylne, pakowane w opakowanie folia-folia?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**155.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 6 (a, b, c, d, e, f, g, h) dopuści do zaferowania cewniki foley, pakowane podwójnie w opakowanie folia-papier i folia, z plastikową zastawką?

**Odp.** Zamawiający wymaga bezpiecznej zastawki lateksowej, dopuszcza pakowane jak w pytaniu, dopuszcza zastosowanie zastawki wykonanej z medycznego PVC bez zawartości ftalanów.

**156.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 17 dopuści do zaferowania igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil-Point nr 24 G/90mm bez prowadnicy?

**Odp.** Zamawiający wymaga igłę z prowadnicą.

**157.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 20 wymaga zaferowania szybkich testów ureazowych mokrych?

**Odp.** Zamawiający wymaga testów ureazowych suchych.

**158.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 25 dopuści do zaferowania nakłuwacze pakowane w opakowanie a'200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**159.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 5 dopuści do zaferowania fartuch niesterylny z gumką kończąca rękaw, fizeleinowy, kolor zielony?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**160.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 8 dopuści do zaferowania kieliszki j.u. pakowane w opakowanie a'80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza, z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.

**161.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 13 dopuści do zaferowania pojemnik o pojemności 100ml?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**162.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 10 ma na myśli ilość opakowań a'100 szt.?

**Odp.** Zamawiający określa w poz. 10 pakietu nr 10 ilość korków do venflonu na 5000 szt. Wykonawca może zaferować w jednym opakowaniu (informacje zawrzeć w formularzu) od 100 do 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do wymaganej ilości.

**163.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 14, 15 wymaga zaferowania przedłużaczy bez zawartości ftalanów?

**Odp.** Zamawiający wymaga przyrządów bez zawartości ftalanów.

- 164.** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 26 dopuści do zaferowania rurki intubacyjnej z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci pojedynczego pełnego pierścienia?  
**Odp.** Zamawiający wymaga według zapisów SWZ.
- 165.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny?  
**Odp.** Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o opisanej konstrukcji, nie wymaga.
- 166.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.  
**Odp.** Zamawiający dopuszcza.
- 167.** Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja 1) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte paroprzepuszczalnym laminatem nie przepuszczalnym dla cieczy, na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?  
**Odp.** Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o opisanej konstrukcji, nie wymaga.
- 168.** Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja 1) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w układ szybkiego wchłaniania, który zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami?  
**Odp.** Zamawiający nie wymaga systemu wchłaniania.
- 169.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja a i d) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o zakresie obwodu 73 - 130cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 120cm)?  
**Odp.** Zamawiający dopuszcza wyrób o proponowanych parametrach.
- 170.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja b i e) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 160cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 140cm)?  
**Odp.** Zamawiający dopuszcza wyrób o proponowanych parametrach.
- 171.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja c i f) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o zakresie obwodu 120 - 170cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 160cm)?  
**Odp.** Zamawiający dopuszcza wyrób o proponowanych parametrach.
- 172.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja d) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o chłonności co najmniej 2850 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2900 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2850 ml w żadnym sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że

użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 50 ml.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza wyrób o proponowanych parametrach.

- 173.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja e) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o chłonności co najmniej 3050 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3050 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 150 ml.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza wyrób o proponowanych parametrach.

- 174.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja f) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o chłonności co najmniej 3150 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3150 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 50 ml.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza wyrób o proponowanych parametrach.

- 175.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja 1f) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL pakowane a' 28 szt. w op. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza pakowane jak w pytaniu z przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

- 176.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja 2) podkład chłonny w rozmiarze 60x90cm wykonany z pulpy celulozowej z superabsorbentem?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

- 177.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja 2) podkład chłonny w rozmiarze 60x90cm chłonność wg normy ISO 11948-1 na poziomie co najmniej 1170g?

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.

- 178.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja 3) jednorazowe myjki z nieprzemakalną warstwą wewnętrzną, pakowane po 175 szt. ?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza myjki pakowane, jak w pytaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości z ew. zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- 179.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja 4) piankę myjąco-pielęgnującą o pojemności 400ml?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza, z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań o poj. 400 do 100 szt.

- 180.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja 5) pieluchy anatomiczne, które mają inne nazwy rozmiarów np. Plus, Extra, Super, Maxi?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza inne nazwy rozmiarów.

- 181.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja 5) pieluchy anatomiczne o chłonnościach: 1600 g, 2000 g, 2450 g i 3200g ?  
**Odp.** Zamawiający dopuszcza o podanych chłonnościach odpowiednio do rozmiaru z poz. 1-4 pozycji 5.
- 182.** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 13, pozycja 5) pieluchy anatomiczne o wymiarach: Plus - długość 64 cm, szerokość w najwęższym miejscu 14 cm, w najszerszym 27 cm, Extra - długość 64 cm, szerokość w najwęższym miejscu 14 cm, w najszerszym 27 cm, Super - długość 64 cm, szerokość w najwęższym miejscu 14 cm, w najszerszym 27 cm; Maxi - długość 67 cm, szerokość w najwęższym miejscu 15 cm, w najszerszym 27 cm?  
**Odp.** Zamawiający dopuszcza wyrób o proponowanych parametrach.
- 183.** Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 1a, 1b, 1c wymaga zaoferowania pojemników pakowanych w kartonowe opakowania zbiorcze, która ułatwiają transport i magazynowanie a także znacznie lepiej zabezpieczają produkt przed uszkodzeniem?  
**Odp.** Zamawiający wymaga dostarczenia produktów spełniających wymogi określone w SWZ. Produkt niezależnie od zastosowanego opakowania nie może być uszkodzony.
- 184.** Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 1a, 1b, 1c wymaga zaoferowania pojemników wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem? Obecnie na rynku dostępne są również pojemniki na odpady medyczne produkowane w technologii rozdmuchu, co sprawia, że powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, nie jednolitą grubość ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań o stosunkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych wymaganiach technicznych (np. butelka PET, które nie są odporne na przebicie). Tylko metoda wtrysku pod wysokim ciśnieniem gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni, co zapewnia zgodną z obowiązującą normą odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo personelu medycznego podczas użytkowania.  
**Odp.** Zamawiający nie wymaga.
- 185.** Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 1a, 1b, 1c wymaga aby zaoferowane pojemniki posiadały szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przeciekanie płynów?  
**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ pojemników hermetycznych ze szczelnym zamknięciem.
- 186.** Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 1b wymaga aby w przypadku zaoferowania pojemników oznaczonych jako 2-litrowe posiadały one pojemność faktyczną 2L a nie mniejszą?  
**Odp.** Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów o wymaganych parametrach, parametry tożsame w połączeniu: dokumentacja i dostarczony wyrób. Np. pojemnik oznaczony jako 2 litrowy ma mieć faktyczną pojemność 2L.
- 187.** Pakiet 1, poz. 1-4  
Czy zamawiający dopuści skalę bez rozszerzenia?  
**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.
- 188.** Pakiet 1, poz. 5-7, poz. 19-21  
Czy zamawiający wydzieli poz. 5-7, poz. 19-21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.  
**Odp.** Zamawiający pozostawia skład pakietu bez zmian.
- 189.** Pakiet 1, poz.20-21  
*Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?*

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.

**190.** *Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.*

**Odp.** Zamawiający dopuszcza z oznakowaniem na opakowaniu jednostkowym.

**191.** *Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?*

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.

**192.** Pakiet 1, poz.19

*Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepek na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?*

**Odp.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.

**193.** Pakiet 2, poz. 21-24

Czy zamawiający wydzieli poz. 21-24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp.** Zamawiający pozostawia skład pakietu bez zmian.

**194.** Pakiet 4, poz. 5-6,8-9,17-18,25-26

Czy zamawiający wydzieli poz. 5-6,8-9,17-18,25-26 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp.** Zamawiający pozostawia skład pakietu bez zmian.

**195.** Pakiet 4, poz. 5

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**196.** Pakiet 10, poz. 10,12-13,

Czy zamawiający wydzieli poz. 10,12,13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp.** Zamawiający pozostawia skład pakietu bez zmian.

**197.** Pakiet 10, poz.12-13,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**198.** Pakiet 15, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza fartuchy chirurgiczne – jednorazowy, jałowy, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**199.** Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp.** Zamawiający pozostawia skład pakietu bez zmian.

**200.** Pakiet 9, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia czynna 105 cm<sup>2</sup>, grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo, kompatybilna z systemem ochronnym diatermii typu ERBE VIO?

**Odp.** Zamawiający wymaga według zapisów SWZ z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.

**201.** Pakiet 1:

Poz.5 i 6: Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać oryginalnie nadrukowaną na cylindrze dwustronną, czytelną, niezmywalną skalę pomiarową ułatwiającą pobieranie odpowiedniej ilości leku oraz ułatwiająca i usprawniająca monitorowanie dozowanego leku ze strzykawki umocowanej w pompie?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, zaproponowane cechy strzykawki. Wymagania według zapisów SWZ z uwzględnieniem udzielanych odpowiedzi.

Udzielone odpowiedzi stają się obowiązującą częścią składową SWZ, doprecyzowują / modyfikują wcześniejsze zapisy. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ w załączeniu.