

Międzyrzec Podlaski, dnia 29.12.2023 r.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Międzyrzecu Podlaskim**
ul. Warszawska 2-4
21-560 Międzyrzec Podlaski

Dotyczy:

zapytania ofertowego, **14/2023/ZO**

pn. „**Dostawa pasków do analizy moczu i innych materiałów diagnostycznych
oraz dzierżawa analizatora w laboratorium SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.**”

Zamawiający, SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, informuje Wykonawców o wpłynięciu zapytań oraz udziela poniżej odpowiedzi.

Zapytania

1. Prosimy o sprostowanie czego dotyczy postępowanie.

W pkt IV. SWZ Zamawiający wymaga:

Opis przedmiotu zamówienia: sukcesywna dostawa pasków do glukometrów IXELL dla potrzeb oddziałów SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.

Natomiast w pkt V SWZ:

Dostawa pasków do analizy moczu oraz innych materiałów diagnostycznych sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy na podstawie jednostkowych zamówień oraz dzierżawa analizatora moczu w okresie obowiązywania umowy.

Odp. Zamawiający precyzuje i potwierdza iż postępowanie dotyczy dostawy pasków do analizy moczu oraz innych materiałów diagnostycznych oraz dzierżawy analizatora moczu (według pkt. V i pozostałych, formularze i umowa, zapisach zapytania), zapis w pkt. IV zawarty omyłkowo.

2. Czy Zamawiający dopuści aparat, gdzie roztwory kontrolne pochodzą od innego producenta, lecz są rekomendowane przez producenta aparatu i pasków, co zapisane jest w instrukcji obsługi oferowanego aparatu?

Odp. Zamawiający wymaga według zapisów zapytania tj. paski i roztwory kontrolne od tego samego producenta.

3. Ze względu na zadeklarowaną ilość oznaczeń, prosimy o potwierdzenie czy aparat musi być w pełni automatyczny czy Zamawiający dopuści aparat półautomatyczny?

Odp. Zamawiający wymaga aparatu jak w zapytaniu.

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dodatkowego aparatu do oznaczania kreatyniny? Mógłby on służyć także jako zabezpieczenie w przypadku awarii.

Odp. Zamawiający wymaga według zapisów zapytania.

5. Prosimy o zgodę na modyfikację formularza asortymentowo-cenowego o dodatkowe wiersze.

Odp. Zamawiający wymaga informacji według formularza i nie wyraża zgody na nieokreślone modyfikacje wierszy formularza.

6. Prosimy o informację jakiego informatycznego systemu laboratoryjnego Zamawiający używa.

Odp. Zamawiający w laboratorium używa systemu firmy Marcell.